

PXR

ターゲット冷却水のチェンバー内のフレキシブルチューブが水圧で振動している。とりあえず外の管をシリコンゴムを挟んだりして固定。 振動は数分の1になったかな？

下流の偏向磁石の前にパッチを追加してみる。

昼飯

マーボ豆腐@パスカル